

Actrapid NovoLet 100 IU/ml

Актрапид Новолет 100 ИU/ml

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...13.09.05г.

Actrapid® NovoLet®
Актрапид НовоЛет

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да прилагате Вашия инсулин. Запазете листовката. Може да е необходимо да я прочетете отново. В случай, че имате въпроси, моля, обърнете се към Вашия лекар, или фармацевт. Този продукт Ви е предписан лично и не трябва да го преотстъпвате на други лица. Това може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

Съдържание на 1-ва страница:

1. Какво представлява Актрапид
2. Преди да приложите Актрапид
3. Приложение на Актрапид
4. Спеши състояния
5. Възможни нежелани лекарствени реакции
6. Как да съхранявате Актрапид

Съдържание на 2-ра страница: Как да използвате Вашия НовоЛет

Actrapid® NovoLet® 100 IU/ml

Актрапид НовоЛет 100 IU/ml

Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Insulin human (човешки инсулин), рекомбинантна ДНК.

Активното вещество е човешки инсулин, произведен чрез рекомбинантна биотехнология.

1 ml съдържа 100 IU (международн единици) човешки инсулин. 1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентни на 300 IU.

Актрапид съдържа също цинков хлорид, глицерол, метакрезол, натриев хидроксид, хлороводородна киселина и вода за инжекции.

Инжекционният разтвор представлява бистър, безцветен, воден разтвор в опаковки от 5 или 10 предварително напълнени писалки от 3 ml (не всички опаковки се предлагат на пазара).

Притежател на разрешението за употреба и производител е Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Дания.

1. Какво представлява Актрапид и за какво се използва

Актрапид е човешки инсулин за лечение на диабет. Предлага се в предварително напълнена писалка от 3 мл (наречена НовоЛет-вих втора страница на листовката за подробни инструкции).



Актрапид е бързодействащ инсулин. Това означава, че ще започне да понижава кръвната Ви захар около половин час след като го инжектирате и действието му ще продължи приблизително 8 часа. Актрапид често се прилага в комбинация с дългодействащ инсулин.

2. Преди да приложите Актрапид

Не прилагайте Актрапид

- **Ако почувствате, че изпадате в хипогликемия** (симптоми на понижена кръвна захар). За повече информация вж. 4 *Специни състояния*
- **Ако сте алергични (свръхчувствителни)** към този инсулинов продукт, метакрезол или някоя от съставките, посочени по-долу (вижте полето долу вляво). За симптомите на алергична реакция вж. 5 *Възможни нежелани лекарствени реакции*.

Обърнете специално внимание при употреба на Актрапид

- **Ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб, или с надбъбренчните, хипофизната или щитовидната жлези**
- **Ако консумирате алкохол:** следете за симптоми на хипогликемия и никога не консумирайте алкохол на гладно
- **При интензивни физически натоварвания** или когато искате да промените обичайната си диета
- **Ако сте болни:** продължете да приемате Вашия инсулин
- **При пътуване в чужбина:** преминаването през часови зони може да повлияе на инсулиновите Ви нужди и на времето на инжектиране на инсулина
- **При бременност, планиране на бременност или кърмене:** моля, консултирайте се с Вашия лекар
- **При шофиране или работа с инструменти или машини:** следете за симптоми на хипогликемия. Способността Ви да се концентрирате или реагирате ще е понижена по време на хипогликемия. Никога не шофирайте и не работете с машини, ако усетите симптоми на настъпваща хипогликемия. Обсъдете с Вашия лекар дали шофирането и работата с машини са уместни изобщо, в случай, че получавате чести хипогликемии или трудно разпознавате признаките им.

Употреба на други лекарства

Много лекарствени продукти оказват влияние върху действието на глюкозата върху Вашия организъм и могат да повлияят инсулиновата Ви доза. Тук са изброени по-важните лекарства, които могат да повлияят на инсулиновото Ви лечение. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт



в случай на прием или доскорошен прием на друго лекарство, дори и когато лекарско предписание не е необходимо.

Инсулиновите Ви нужди могат да се променят, ако приемате: перорални хипогликемиращи лекарствени продукти, моноаминооксидазни (МАО-) инхибитори, бета-блокери, инхибитори на ангиотензин конвертирация ензим (АСЕ-инхибитори), ацетилсалицилова киселина, тиазиди, бета-глюкокортикоиди, тиреоидна хормонална терапия, бета-симпатикомиметици, растежен хормон, даназол, октреотид и ланреотид.

3. Приложение на Актрапид

Консултирайте се с Вашия лекар и диабетна сестра за инсулиновите Ви нужди. Следвайте внимателно препоръките им. Тази листовка съдържа общи упътвания.

Ако лекарят Ви е сменил типа или вида инсулин, който използвате, може да се наложи да коригира дозата Ви.

Приемете храна или закуска, съдържаща въглехидрати до 30 мин. след инжекцията.

Препоръчително е редовно да измервате кръвната си захар.

Инжектиране на инсулин

Вижте 2-ра страница за подробни инструкции.

Преди да приложите Актрапид

- Проверете етикета, за да се уверите, че разполагате с точния вид инсулин.

Не прилагайте Актрапид :

- В инсулинови инфузционни помпи
- Ако НовоЛет е изпускан, повреден или смачкан, има риск от изтичане на инсулин
- Ако е съхраняван неправилно или е замразяван (Вж. 6 *Как да съхранявате Актрапид*)
- Ако не е бистър и безцветен.

Актрапид е предназначен за инжектиране под кожата (подкожно). Винаги променяйте инжекционното място, за да избегнете образуването на бучки (Вж. 5 *Възможни нежелани лекарствени реакции*). Най-подходящите места за инжектиране са: предната част на кръста (корема), седалището, предната част на бедрата или мишниците. Вашият инсулин ще действа по-бързо, ако се инжектира в областта на корема.



4. Спешни състояния

Ако получите хипогликемия

Хипогликемия означава, че кръвната Ви захар е твърде ниска.

Предупредителните признания на хипогликемията могат да се появят внезапно и да включват: студена пот, хладна бледа кожа, главоболие, ускорен сърдечен пулс, гадене, силен глад, временни зрителни нарушения, сънливост, необичайна уморяемост и слабост, нервност или разтреперване, чувство на беспокойство, обърканост, трудно концентриране.

Ако почувствате някой от тези признания: приемете глюкозни таблетки или богата на въглехидрати закуска (сладки, бисквити, плодов сок) и направете почивка.

Не приемайте инсулин ако почувствате наближаването на хипогликемия.

Носете със себе си глюкозни таблетки, сладки, бисквити или плодов сок, за всеки случай.

Предупредете роднините, приятелите и колегите си, че ако изпаднете в безсъзнание, те трябва да Ви обърнат настриани и незабавно да повикат медицинска помощ. Не трябва да Ви дават нищо за пие или ядене. Това би могло да Ви задуши.

- **Ако тежката хипогликемия** не се лекува, може да предизвика мозъчно увреждане (временно или тряйно) и дори смърт
- **Ако имате хипогликемия,** водеща до безсъзнание, или повтарящи се хипогликемии, консултирайте се с Вашия лекар. Количество или времето за инжектиране на инсулина, храненията или физическото натоварване, може да се наложи да бъдат коригирани.

Приложение на глюкагон

Идването в съзнание може да се ускори с инжектиране на хормона глюкагон от обучено лице. Ако Ви е инжектиран глюкагон, веднага след идването Ви в съзнание е необходимо да Ви се даде глюкоза или закуска, съдържаща захар. Ако прилагането на глюкагон не Ви помогне, подлежите на болнично лечение. Потърсете медицинска помощ след инжектирането на глюкагон: трябва да откриете причината за хипогликемията, за да предотвратите появата на нова.

Причини за възникване на хипогликемия

Получавате хипогликемия, когато кръвната Ви захар е твърде ниска. Това може да се случи:

- Ако инжектирате твърде много инсулин
- Ако се храните малко или пропуснете хранене
- При повишена физическа активност.



Ако кръвната Ви захар е твърде висока

Кръвната Ви захар може да стане твърде висока (това се нарича хипергликемия).

Предупредителните признания се появяват постепенно. Те включват: често уриниране, жажда, загуба на апетит, гадене или повръщане, съниливост или отпадналост, зачервена суха кожа, сухота в устата и плодов (ацетонов) дъх.

Ако почувствате някой от тези признания: проверете нивото на кръвната си захар; проверете урината си за кетотела, ако можете; незабавно потърсете медицинска помощ.

Това може да са признания на много сериозно състояние, наречено диабетна кетоацидоза. Ако не се лекува, то може да доведе до диабетна кома и смърт.

Причини за възникване на хипергликемия

- Пропуснат прием на инсулин
- Многократно приемане на по-ниска доза инсулин от необходимата
- Инфекция или висока температура
- Хранене, повече от обичайното
- Понижена физическа активност.

5. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарствени продукти, така и Актрапид може да доведе до възможни нежелани лекарствени реакции. Актрапид може да причини хипогликемия (ниска кръвна захар). Виж съветите в раздел 4 *Специни състояния*.

Нежелани лекарствени реакции, докладвани нечесто (по-малко от 1 на 100)

Зрителни нарушения. Когато започнете за пръв път лечение с инсулин, може да получите зрителни нарушения, но те обикновено изчезват.

Промени в мястото на инжектиране. При твърде често инжектиране в една и съща област, могат да се образуват подкожни бучки на мястото на инжектиране. В допълнение, може да изпитате болка и посиняване на мястото на инжектиране. Предотвратете това като всеки път избирате различно място за инжектиране в същата зона.



Признаци на алергия. В областта на инжекционното място може да се развият локални алергични реакции като зачервяване, оток, сърбеж. Те обикновено изчезват след няколко седмици употреба на инсулин. В случай, че не изчезнат, консултирайте се с Вашия лекар.

Потърсете незабавна медицинска помощ:

- Ако симптомите на алергия обхванат други части на тялото Ви, или
- Ако изведнъж се почувстvате зле и започнете да се изпотявате, почувствате, че Ви се гади (повръщане), имате затруднено дишане, ускорен сърдечен пулс, световъртеж или чувство че ще припаднете.

Може да имате много рядка тежка алергична реакция към Актрапид

или някое от помоцните вещества (наречена системна алергична реакция).

Вж. също предупрежденията в 2 *Преди да приложите Актрапид*.

Болкова невропатия (болка свързана с нерв). Ако стойностите на кръвната Ви захар се подобрят много бързо, това може да доведе до парене, изтръпване или прорязваща болка. Това се нарича остра болкова невропатия и обикновено отшумява. Ако не отшуми консултирайте се с Вашия лекар.

Нежелани лекарствени реакции, докладвани много рядко (по-малко от 1 на 10000)

Оток на ставите. При започване на инсулиновата терапия, задържането на вода може да доведе до оток около глазените и други стави. Той бързо отзуучава.

Диабетна ретинопатия (промени в очното дъно). Ако имате диабетна ретинопатия и стойностите на кръвната Ви захар се подобрят много бързо, ретинопатията Ви може да се влоши. Консултирайте се с лекаря Ви относно това.

Ако забележите други нежелани лекарствени реакции, включително неупоменати в тази листовка, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

6. Как да съхранявате Актрапид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Актрапид НовоЛет, който не се използва, трябва да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C). Да не се замразява.

Актрапид НовоЛет, който се използва, предстои да бъде използван или се носи като резервен не трябва да се съхранява в хладилник. Може да го



носите със себе си и да го съхранявате при стайна температура (под 30°C) до 6 седмици.

Винаги съхранявайте Вашия НовоЛет с поставена капачка, когато не го използвате, за да го предпазите от светлина.

Актрапид не трябва да се излага на високи температури и слънчева светлина.

Никога не използвайте Актрапид след изтичане срока на годност, изписан върху етикета и опаковката.

Сега обърнете листовката за повече информация относно употребата на Вашия НовоЛет.

Последна редакция на листовката:

02.08.2004

Actrapid®, Novolet® и NovoFine® са търговски марки, собственост на Novo Nordisk A/S, Дания

Novo Nordisk A/S



Информация как да използвате Актрапид НовоЛет

**Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да използвате
Вашия Актрапид НовоЛет**


Въведение

Актрапид НовоЛет е проста, компактна, предварително напълнена писалка. Можете да набирате дози от 2 до 78 единици с нарастване от 2 единици. Актрапид НовоЛет е предназначен за употреба с иглите НовоФайн.

Като предпазна мярка, винаги носете резервно инсулиново инжектиращо устройство в случай, че Вашия НовоЛет се повреди или изгуби.

НовоЛет


Игла НовоФайн



Начало на работа

Проверете етикета, за да се уверите, че Актрапид НовоЛет съдържа правилния тип инсулин. Изтеглете капачката на писалката.

- Дезинфекцирайте гumenата мембра на с медицински спирт
- Махнете защитния етикет на иглата НовоФайн
- Завийте иглата здраво и пътно върху Актрапид НовоЛет (картина А)
- Изтеглете голямата външна и вътрешната капачки на иглата. Не изхвърляйте голямата външна капачка на иглата.



Подготовка - отстраняване на въздух


При нормална употреба в иглата и инсулиновия патрон могат да се съберат малки количества въздух.

За да избегнете инжектирането на въздух и да осигурите правилно дозиране:

- Задръжте Актрапид НовоЛет с иглата насочена нагоре
- Почукайте нежно с пръста си патрона няколко пъти. Ако има въздушни мехурчета, те ще се съберат в горния край на патрона
- Задържайки иглата нагоре, завъртете патрона по посока на стрелката, докато почувствате едно прищракване (картина Б)
- Все още с иглата нагоре, натиснете бутона докрай (картина В)
- На върха на иглата ще се появи капка инсулин. Ако това не стане, повторете процедурата не повече от 6 пъти.


Ако въпреки това не се появи капка инсулин, устройството е дефектно и не трябва да се използва.





Набиране на дозата

- Поставете капачката обратно на писалката така, че 0 да е срещу индикатора на дозата (картина Г)
- Проверете дали бутона е натиснат докрай. Ако не е, завъртете капачката докато бутона достигне крайно положение
- Дръжте Вашата Актрапид НовоЛет хоризонтално. Сега сте готови да наберете необходимата Ви доза
- Завъртете капачката по посока на стрелката (картина Д), за да наберете необходимата доза. Ще почувствате капачката да прищраква и бутоњът ще се издигне
- Не поставяйте ръката си върху бутона докато избирате дозата. Ако бутоњът не може да се издигне свободно, част от инсулина Ви ще изтече навън от иглата
- Скалата на капачката показва 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 единици. С всяко прищракване, което почувствате когато завъртате капачката, Вие увеличавате дозата с 2 единици. При завъртане на капачката бутоњът също се повдига
- Скалата под бутона показва 20, 40 и 60 единици. Всеки път, при пълното завъртане на капачката, се избират по 20 единици.



Примери за дози:

Как да бъдат избрани 8 единици:

Завъртете капачката докато 8 застане срещу индикатора за дозата; 4 прищраквания




Как да бъдат избрани 26 единици:

Направете едно пълно завъртане на капачката така, че **0** да е отново срещу индикатора на дозата. Така сте избрали 20 единици.

Продължавайте да въртите капачката докато **6** застане срещу индикатора на дозата. Линията обозначаваща 20 единици ще се покаже на скалата на бутона.

Прибавете 6-те единици от индикатора на дозата към 20-те единици от скалата на бутона. Така Вие сте определили **26 единици** (картина Е).



Проверка на набраната доза:

- Отбележете числото върху капачката, което е срещу индикатора на дозата
- Отбележете най-голямото число, което се вижда върху скалата на бутона
- Съберете двете числа, за да получите дозата, която сте избрали
- Ако сте избрали грешна доза, просто завъртете капачката напред или назад, докато нагласите правилния брой единици.

Максималната доза е 78 единици

- Не се опитвайте да нагласите доза по-голяма от 78 единици. В противен случай инсулин ще изтече през иглата и избраната дозата няма да бъде точна
- Ако без да искате сте се опитали да нагласите доза, по-голяма от 78 единици, изпълнете следните стъпки:

Завъртете капачката обратно доколкото е възможно, докато бутонаят се прибере напълно и почувствате съпротивление.

Тогава свалете капачката и я поставете отново, като нагласите 0 срещу индикатора на дозата. Сега отново нагласете дозата.

Запомнете, че 78 единици е максималната доза.

- След като нагласите дозата, свалете капачката, за да инжектирате инсулина. Пристъпете директно към *Поставяне на инжекция*.

Поставяне на инжекция



- **Вкарайте иглата подкожно.** Използвайте инжекционната техника, която Ви е показал Вашият лекар
- **Инжектирайте дозата като натиснете бутона докрай.** Внимавайте да натискате бутона само по време на инжектирането
- **Дръжте бутона натиснат докрай, докато не извадите иглата от кожата.** Иглата трябва да остане под кожата поне 6 секунди. Така ще се осигури инжектиране на цялата доза.

Следващи инжекции

- **Винаги проверявайте дали бутоњът се е прибраł докрай.** Ако не е, върнете капачката докато се прибере, тогава продължете както е описано в *Начало на работа*
- **Когато освобождавате бутона може да чуете звук от прищракване.** Не разчитайте на този звук като средство за определяне или потвърждаване на Вашата доза. Това може да е неточно
- **Не можете да нагласите доза, по-голяма от броя на единиците, останали в патрона**
- **Може да използвате индикатора за нивото на инсулин, за да прецените количеството на останалия инсулин.** Индикаторът не може да се използва за определяне или избиране на Вашата доза.

Отстраняване на иглата

- **Свалете голямата външна капачка на иглата и развъртете иглата.**
Изхвърлете я внимателно.

Използвайте нова игла при всяко инжектиране. Отстранявайте иглата след всяка инжекция. В противен случай, при промяна на температурата течността може да изтече и концентрацията на инсулина да се промени. Здравни работници, роднини и др. трябва да спазват общите превантивни мерки за отстраняване и изхвърляне на иглите, за да се елиминира риска от нежелано убождане.

Затворете напълно Вашата Актрапид НовоЛет с 0 срещу индикатора на дозата.

Внимателно изхвърлете употребената от Вас Актрапид НовоЛет без прикрепена игла.

Поддръжка

Вашата Актрапид НовоЛет е проектирана да работи точно и безопасно.

Работете с нея внимателно.

Не пълнете повторно Актрапид НовоЛет.



Може да почистите външната повърхност на Вашата Актрапид НовоЛет като я избършете с естествен памук, навлажнен с медицински спирт. Не я потапяйте в медицински спирт, не я измивайте или смазвайте. Това може да увреди механизма.

